校正証明書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

顧客名　弘前大学医学部附属病院

品名	:ワイヤレスデータロガー	型式	:RTR-501L
製造番号	:52B8386B	製造者	:株式会社ティアンドデイ
校正日	:2021年4月22日	管理番号	:AKFS21-0183
顧客管理番号	:恒温器(4)B		

確認者
芳中

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器は、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名 形　式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
白金デジタル温度計 SN-3400	株式会社　熱研 340001520	MRI31 2022年3月30日

Ver.3.0

AS ONE アズワン株式会社

試験成績書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	：ワイヤレスデータロガー	型式	：RTR-501L
製造番号	：52B8386B	製造者	：株式会社ティアンドデイ
校正日	：2021年4月22日	管理番号	：AKFS21-0183
環境温度	：25℃	校正者	：元原　茂雄
調整	：　あり　／　(なし)		

確認者
芳中

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器は、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST（National Institute of Standards and Technology）などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名	製造者	管理番号
形　式	製造番号	有効期限
白金デジタル温度計	株式会社　熱研	MRI31
SN-3400	340001520	2022年3月30日

[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
20.0℃	19.5℃ ～ 20.5℃	20.0℃	良
*総合判定			良

[備　考]

アズワン株式会社

管理番号：AKFS21-0183

トレーサビリティ体系図

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ



アズワン株式会社