校正証明書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

顧客名　弘前大学医学部附属病院臨床試験管理センター

品名	：ワイヤレスデータロガー	型式	：RTR-501L
製造番号	：52B84400	製造者	：株式会社ティアンドデイ
校正日	：2026年5月7日	管理番号	：AKFS26-0777
顧客管理番号：恒温器(5)A			

確認者
荒木

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名 形　式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
温湿度センサプローブ	Rotronic AG	MRI-HU204
HC2A-S	24075414	2026年7月31日
PT100 ClassAセンサ	Rotronic AG	MRI-TE204
HC2A-PT100 (AC1904)	25025352	2026年7月31日

Ver.3.0

アズワン株式会社

試験成績書

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

品名	：ワイヤレスデータロガー	型式	：RTR-501L
製造番号	：52B84400	製造者	：株式会社ティアンドデイ
校正日	：2026年5月7日	管理番号	：AKFS26-0777
環境温度	：25℃	校正者	：元原　茂雄
調整	：　あり　／　なし		

確認者
荒木

上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST(National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

[使用標準器]

品　名	製造者	管理番号
形　式	製造番号	有効期限
温湿度センサプローブ	Rotronic AG	MRI-HU204
HC2A-S	24075414	2026年7月31日
PT100 ClassAセンサ	Rotronic AG	MRI-TE204
HC2A-PT100 (AC1904)	25025352	2026年7月31日

[校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
20.0℃	19.5℃ ～ 20.5℃	19.9℃	良
***総合判定**			良

[備　考]

アズワン株式会社

管理番号: AKFS26-0777

トレーサビリティ体系図

大阪市此花区島屋4-1-131
アズワン株式会社
サービス営業部
フィールドサービスグループ

国際標準 国家標準	産業技術総合研究所(AIST) 米国国立標準技術研究所(NIST)等、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関
JCSS等 認定校正機関	日本電気計器検定所 八洲貿易株式会社 岡山キャリブレーションセンター
標準器 (JCSS校正)	温湿度センサプローブ HC2A-S S/N 2103340 / 20747876 Rotronic AG 温度計校正装置(JCSS校正) PTC-125B S/N 662913-00275 AMETEK DENMARK
常用標準器	温湿度センサプローブ HC2A-S S/N 24075418/24103246/25042057 /24075406/24075414/24106416 Rotronic AG PT100 ClassAセンサ HC2A-PT100 (AC1904) S/N 24087652/25025353/24087665 /25025351/25025352/24087648 Rotronic AG
校正対象	ワイヤレスデータロガー

Ver.3.0

アズワン株式会社